

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	036276	ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 UND	C	PCT	100.0000
Especificação: ABAIXADOR DE LÍNGUA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PINHO OU OUTRA QUALIDADE DE MADEIRA APROPRIADA, CAPAZ DE ATENDER SATISFATORIAMENTE A SUA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR COR NATURAL, AUSÊNCIA DE FELPAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO; AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM A SUA PRINCIPAL UTILIZAÇÃO, SUPERFÍCIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, AUSÊNCIA DE REENTRÂNCIAS, SALIÊNCIAS OU QUAISQUER OUTRAS IRREGULARIDADES PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS = 14 CM; LARGURA = 1,4 CM; ESPESSURA = 1,5 MM. O MATERIAL DEVERÁ SER ADEQUADAMENTE EMBALADO A FIM DE MANTER A INTEGRIDADE ATÉ O USO. PACOTE COM 100 UNIDADES					

00002	036277	AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12 caixa com 100 und	CX		200.0000
Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12 - ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO EXTERNAMENTE EM TODO O CORPO DA AGULHA PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE. A AGULHA DEVERÁ ESTAR FIXADA AO CANHÃO E DEVERÁ CONTER PROTETOR PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, TIPO BLISTER, NÃO DEVENDO DELAMINAR NO MOMENTO DA ABERTURA. CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; NOME COMERCIAL; Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. A CÂNULA DEVERÁ SER COMPOSTA DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AÇO NBR 5601 304, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS. O TUBO SERÁ SEM COSTURA OU SOLDADO E TREFILADO, DEVERÁ APRESENTAR BISEL EM UMA DAS DUAS EXTREMIDADES. O CANHÃO (COMPONENTE QUE PERMITE ACOPLAR A AGULHA À SERINGA), DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO OU DE LIGA DE ALUMÍNIO OU OUTRAS LIGAS APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA AO CANHÃO; O ADESIVO DEVE SER INERTE E ATÓXICO. O CONJUNTO RÍGIDO CÂNULA/CANHÃO CONSTITUI A AGULHA, CUJO PROTETOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DA CÂNULA E FUNDAMENTALMENTE DE SEU BISEL. AS AGULHAS HIPODÉRMICAS, ESTÉREIS, DE USO ÚNICO, DEVEM SER LUBRIFICADAS EXTERNAMENTE COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA, GRAU MÉDICO-HOSPITALAR. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES					

00003	036278	AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 27X8 CAIXA COM 100 UND	CX		400.0000
Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 27X8 - ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO EXTERNAMENTE EM TODO O CORPO DA AGULHA PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE. A AGULHA DEVERÁ ESTAR FIXADA AO CANHÃO E DEVERÁ CONTER PROTETOR PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, TIPO BLISTER, NÃO DEVENDO DELAMINAR NO MOMENTO DA ABERTURA. CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; NOME COMERCIAL; Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. A CÂNULA DEVERÁ SER COMPOSTA DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AÇO NBR 5601 304, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS. O TUBO SERÁ SEM COSTURA OU SOLDADO E TREFILADO, DEVERÁ APRESENTAR BISEL EM UMA DAS DUAS EXTREMIDADES. O CANHÃO (COMPONENTE QUE PERMITE ACOPLAR A AGULHA À					

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

SERINGA), DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO OU DE LIGA DE ALUMÍNIO OU OUTRAS LIGAS APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA AO CANHÃO; O ADESIVO DEVE SER INERTE E ATÓXICO. O CONJUNTO RÍGIDO CÂNULA/CANHÃO CONSTITUI A AGULHA, CUJO PROTETOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DA CÂNULA E FUNDAMENTALMENTE DE SEU BISEL. AS AGULHAS HIPODÉRMICAS, ESTÉREIS, DE USO ÚNICO, DEVEM SER LUBRIFICADAS EXTERNAMENTE COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA, GRAU MÉDICO-HOSPITALAR. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO. CAIXA COM

00004 036279 GULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X7 CAIXA COM CX 300.0000
100 UND

Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X7 - ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO EXTERNAMENTE EM TODO O CORPO DA AGULHA PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE. A AGULHA DEVERÁ ESTAR FIXADA AO CANHÃO E DEVERÁ CONTER PROTETOR PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, TIPO BLISTER, NÃO DEVENDO DELAMINAR NO MOMENTO DA ABERTURA. CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; NOME COMERCIAL; Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. A CÂNULA DEVERÁ SER COMPOSTA DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AÇO NBR 5601 304, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS. O TUBO SERÁ SEM COSTURA OU SOLDADO E TREFILADO, DEVERÁ APRESENTAR BISEL EM UMA DAS DUAS EXTREMIDADES. O CANHÃO (COMPONENTE QUE PERMITE ACOPLAR A AGULHA À SERINGA), DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO OU DE LIGA DE ALUMÍNIO OU OUTRAS LIGAS APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA AO CANHÃO; O ADESIVO DEVE SER INERTE E ATÓXICO. O CONJUNTO RÍGIDO CÂNULA/CANHÃO CONSTITUI A AGULHA, CUJO PROTETOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DA CÂNULA E FUNDAMENTALMENTE DE SEU BISEL. AS AGULHAS HIPODÉRMICAS, ESTÉREIS, DE USO ÚNICO, DEVEM SER LUBRIFICADAS EXTERNAMENTE COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA, GRAU MÉDICO-HOSPITALAR. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO. CAIXA COM

00005 036280 AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X4,5 CAIXA COM CX 300.0000
COM 100 UND

Especificação: AGULHA DESCARTÁVEL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X4,5 - ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA. COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO EXTERNAMENTE EM TODO O CORPO DA AGULHA PARA QUE DESLIZE CONTÍNUA E SUAVEMENTE. A AGULHA DEVERÁ ESTAR FIXADA AO CANHÃO E DEVERÁ CONTER PROTETOR PLÁSTICO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, TIPO BLISTER, NÃO DEVENDO DELAMINAR NO MOMENTO DA ABERTURA. CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; NOME COMERCIAL; Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. A CÂNULA DEVERÁ SER COMPOSTA DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AÇO NBR 5601 304, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS. O TUBO SERÁ SEM COSTURA OU SOLDADO E TREFILADO, DEVERÁ APRESENTAR BISEL EM UMA DAS DUAS EXTREMIDADES. O CANHÃO (COMPONENTE QUE PERMITE ACOPLAR A AGULHA À SERINGA), DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO OU DE LIGA DE ALUMÍNIO OU OUTRAS LIGAS APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO DA

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

CÂNULA AO CANHÃO; O ADESIVO DEVE SER INERTE E ATÓXICO. O CONJUNTO RÍGIDO CÂNULA/CANHÃO CONSTITUI A AGULHA, CUJO PROTETOR DEVE SER DE MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DA CÂNULA E FUNDAMENTALMENTE DE SEU BISEL. AS AGULHAS HIPODÉRMICAS, ESTÉREIS, DE USO ÚNICO, DEVEM SER LUBRIFICADAS EXTERNAMENTE COM SILICONE DE PUREZA FARMACÊUTICA, GRAU MÉDICO-HOSPITALAR. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO. CAIXA COM

00006 036281 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 250ML UN 60.0000

Especificação: ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 250ML, COMPOSTA DE 03 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

00007 036282 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500ML UN 50.0000

Especificação: ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500ML, COMPOSTA DE 03 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

00008 036283 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE AMBAR CAPACIDADE DE 250ML UN 60.0000

Especificação: ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE AMBAR CAPACIDADE DE 250ML, COMPOSTA DE 03 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

00009 036284 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE AMBAR, CAPACIDADE DE 500ML UN 50.0000

Especificação: ALMOTOLIA DE PLÁSTICO NITIDAMENTE AMBAR, CAPACIDADE DE 500ML, COMPOSTA DE 03 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA, CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

00010 036285 ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 03 FIOS UN 2.000.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, MANTENDO INTEGRIDADE DAS FIBRAS E RESISTÊNCIA DO TECIDO. 06 CM X 4,5M. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL, EM QUE CONSTE O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
COM ROLO 13 FIOS CMX4,5

00011 036286 ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA UN 3.000.0000

Especificação: ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, MANTENDO INTEGRIDADE DAS FIBRAS E RESISTÊNCIA DO TECIDO. 12 CM X 4,5M. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL, EM QUE CONSTE O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
COM ROLO 13 FIOS CMX4,5

00012 036287 ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR FIOS, DEVE SER MACIA UN 5.000.0000

Especificação: ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, MANTENDO INTEGRIDADE DAS FIBRAS E RESISTÊNCIA DO TECIDO. 15CM X 4,5M. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL, EM QUE CONSTE O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
COM ROLO 13 FIOS CMX4,5

00013 036288 ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE UN 3.000.0000

Especificação: ATADURA CREPE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 13 FIOS, DEVE SER MACIA E APRESENTAR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, MANTENDO INTEGRIDADE DAS FIBRAS E RESISTÊNCIA DO TECIDO. 20 CM X 4,5M. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO ESTÉRIL, EM QUE CONSTE O LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
COM ROLO 13 FIOS CMX4,5

00014 036289 APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, ADULTO, PARA USO CLÍNICO COM BRAÇADEIRA UN 50.0000

Especificação: APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, ADULTO, PARA USO CLÍNICO COM BRAÇADEIRA DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE , FIXADA COM FECHAMENTO DE VELCRO OU FECHJO METÁLICO (COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM), DOTADA DE TIRA DE FIXAÇÃO DO MANÔMETRO, COM SETA INDICADORA PARA POSICIONAMENTO DA ARTÉRIA, PERA EM LÁTEX DE FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE CONTROLE DE AR DE MATERERIAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL.COM MANGUITO DE BORRRACHA, CERTIFICADO DO IMMETRO , COM PRECISÃO PARA USO CLÍNICO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG E MENOR DIVISÃO DE 2 MMHG. PRESSÃO MANUAL ESFIGMOMA - NOMETRO

00015 036290 APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, OBESO, PARA USO CLÍNICO COM BRAÇADEIRA DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON UN 30.0000

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:09
Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

RESISTENTE , FIXADA COM FECHAMENTO DE VELCRO

Especificação: APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, OBESO, PARA USO CLÍNICO COM BRAÇADEIRA DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE , FIXADA COM FECHAMENTO DE VELCRO OU FECHJO METÁLICO (COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM), DOTADA DE TIRA DE FIXAÇÃO DO MANÔMETRO, COM SETA INDICADORA PARA POSICIONAMENTO DA ARTÉRIA, PERA EM LÁTEX DE FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE CONTROLE DE AR DE MATERERIAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL.COM MANGUITO DE BORRRACHA, CERTIFICADO DO IMMETRO , COM PRECISÃO PARA USO CLÍNICO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG E MENOR DIVISÃO DE 2 MMHG. PRESSÃO MANUAL ESFIGMOMA - NOMETRO

00016 036291 APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, , PEDIÁTRICO USO C UN 10.0000
CLÍNICO COM BRAÇADEIRA DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON
RESISTENTE , FIXADA COM FECHAMENTO

Especificação: APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO , ANERÓIDE, , PEDIÁTRICO USO CLÍNICO COM BRAÇADEIRA DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE , FIXADA COM FECHAMENTO DE VELCRO OU FECHJO METÁLICO (COM PERÍMETRO DE 22 A 28 CM), DOTADA DE TIRA DE FIXAÇÃO DO MANÔMETRO, COM SETA INDICADORA PARA POSICIONAMENTO DA ARTÉRIA, PERA EM LÁTEX DE FORMATO ANATÔMICO E FLEXÍVEL, VÁLVULA DE CONTROLE DE AR DE MATERERIAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL.COM MANGUITO DE BORRRACHA, CERTIFICADO DO IMMETRO , COM PRECISÃO PARA USO CLÍNICO. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG E MENOR DIVISÃO DE 2 MMHG. PRESSÃO MANUAL ESFIGMOMA - NOMETRO

00017 036292 AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER UN 5.0000
REVESTIDO DE PVC

Especificação: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PVC, COMPOSTO DE PEÇA ÚNICA, COM TRÊS TIRAS DO MESMO MATERIAL UTILIZADAS PARA AJUSTE E ARREMATADAS COM COSTURA REFORÇADA TAMANHO 1,20CMX0,70CM

00018 036293 SOLUÇÃO DE SCHILLER COMPOSTA DE IODO,IODETO DE POTÁSSIO C LT 10.0000

Especificação: SOLUÇÃO DE SCHILLER COMPOSTA DE IODO,IODETO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA, FORMULAÇÃO UTILIZADA PARA UTILIZAÇÃO EM EXAME GINECOLÓGICO

00019 036294 SOLUÇÃO DEGERMANTE -PVPI - IODOPOVIDONA 10% , ANTI-SÉPTICO C LT 10.0000

Especificação: SOLUÇÃO DEGERMANTE -PVPI - IODOPOVIDONA 10% , ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOVIDONA CONTENDO TENSO ATIVOS E AGENTES UMECTANTES, PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS , ANTEBRAÇOS E CAMPO OPERATÓRIO.

00020 036295 ÁCIDO ACÉTICO A 2% - C UN 20.0000

Especificação:

00021 036296 ÁLCOOL IODADO 0,1% EM, SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, LT 10.0000

Especificação: ÁLCOOL IODADO 0,1% EM, SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO ,INDICADA PARA ANTISSEPISIA TÓPICA .

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:09
Folha: 6

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00022 036297 ÁLCOOL ETÍLICO 70 % ANTISSEPTICO HIDRATADO C LT 120.0000

Especificação: ÁLCOOL ETÍLICO 70 % ANTISSEPTICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE, INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.

00023 036298 AVENTAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES, MANGA CURTA, PCT 100.0000
TAMANHO ÚNICO (1,01 X 1,40),

Especificação: AVENTAL DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES, MANGA CURTA, TAMANHO ÚNICO (1,01 X 1,40), CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 30, NA COR AZUL MARINHO, SEM MANGA, FECHAMENTO EM TIRAS (CINTA).
PACOTE COM 10 UNIDADE

00024 036299 AVENTAL USO HOSPITALAR, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TAMANHO ÚNICO, UN 4.0000

Especificação: AVENTAL USO HOSPITALAR, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TAMANHO ÚNICO, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM CME. EMBALADO INDIVIDUALMENTE

00025 036300 CADARÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA Rolo 2.0000

Especificação: CADARÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA - COMPOSTO 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER. ROLO COM 50 METROS

00026 036301 CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO C UN 4.0000
RESISTENTE

Especificação: CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, APRESENTANDO NA PARTE FRONTAL ADESIVO EM FORMA DE CRUZ NA COR VERMELHA, COM PRATELEIRAS, DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA DE MATERIAL E PORTA CADEADO. MEDINDO 41,5 X 24 X 15 CM. (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE ATÉ 10 % MAIOR).

00027 036302 CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPA E POSSUI LACRE. UN 4.0000

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPA E POSSUI LACRE PARA MELHOR FECHAMENTO DA TAMPA. MEDIDAS APROX. (CXLXA): 26,2X17,7X8,5 CM.

00028 036303 BOLSA TÉRMICA GELBAG QUENTE/FRIO 400 GRS N/ CONGELÁVEL. C UN 10.0000

Especificação:

00029 036304 CAMPO FENESTRADO ESTÉRIL DE GRAMATURA DE 30 GRS, TAMANHO DE 30X 30 CM UN 100.0000

Especificação:

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00030 036305 CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE, UN 5.0000

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE PARA MELHOR FECHAMENTO DA TAMPAS. MEDIDAS APROX. (CXLXA): 26,2X17,7X8,5 CM.
COR: AMBAR

00031 036306 CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE 51L UN 5.0000

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE PARA MELHOR FECHAMENTO DA TAMPAS. 51L MEDIDAS APROX. (AXLXP): 17X47X84CM

00032 036307 CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE 60L UN 5.0000

Especificação: CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE POLIETILENO COM TAMPAS E POSSUI LACRE PARA MELHOR FECHAMENTO DA TAMPAS. 60 L MEDIDAS APROX. (AXLXP): 31,08X65,9X47,6CM

00033 036308 CAIXA PLÁSTICA PARA O USO DIÁRIO, PARA ARMAZENAR OU GUARDAR MATERIAIS UN 5.0000

Especificação: CAIXA PLÁSTICA PARA O USO DIÁRIO, PARA ARMAZENAR OU GUARDAR MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS COM 2 ALÇAS QUE GARANTEM A SEGURANÇA DE SEUS PERTENCES DURANTE O TRANSPORTE, 2 FECHOS QUE GARANTE A SEGURANÇA NA HORA DO TRANSPORTE, DIVISÓRIAS QUE FACILITAM A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS, TAMPAS COM DOIS ESPAÇOS PARA GUARDAR PEQUENOS OBJETOS, ECOLOGICAMENTE CORRETA, FEITO DE PLÁSTICO RESISTENTE E RECICLÁVEL. MEDIDA: 22", SUPORTA ATÉ 12,00 KG MEDIDAS APROXIMADA DA EMBALAGEM: 550 X 200 X 300MM (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE ATÉ 10 % MAIOR).

00034 036309 CAIXA PLÁSTICA PLÁSTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CAIXA PLÁSTICA DE APROX. 50 A 60 LITROS UN 5.0000

Especificação: CAIXA PLÁSTICA PLÁSTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CAIXA PLÁSTICA DE APROX. 50 A 60 LITROS, COM TAMPAS HERMÉTICA, EMPILHÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MATERIAL: PP - POLIPROPILENO, CORES ESCURAS. APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL/MEDICAMENTOS.

00035 036310 CAIXA PLÁSTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CAIXA PLÁSTICA, POLIPROPILENO UN 5.0000

Especificação: CAIXA PLÁSTICA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CAIXA PLÁSTICA, POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 58CM, 60CM, 100CM (ALT X LARG X COMP.), PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL/MEDICAMENTOS, COM TAMPAS, TRANSMITÂNCIA NÃO TRANSPARENTE,

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

CAPACIDADE APROXIMADA DE 300L.

00036 036311 CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE A CORROSIVOS, UN 5.0000
CAPACIDADE APROXIMADA: 24,5 LITROS

Especificação: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE A CORROSIVOS, CAPACIDADE APROXIMADA: 24,5 LITROS DIMENSÕES APROXIMADAS: 54X33X19 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA/RESISTENTE, TIPO TAMPA HERMÉTICA COR ÂMBAR.

00037 036312 CAIXA PLÁSTICA APROX. 50 A 60 LITROS, COM TAMPA HERMÉTICA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO UN 5.0000

Especificação: CAIXA PLÁSTICA APROX. 50 A 60 LITROS, COM TAMPA HERMÉTICA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MATERIAL: PP - POLIPROPILENO, CORES ESCURAS. APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO.

00038 036313 CLAMP UMBILICAL PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDOS UN 50.0000

Especificação: CLAMP UMBILICAL PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM NASCIDOS. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO TAMANHO ÚNICO.

00039 036314 CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 01 FABRICADA EM PVC C UN 2.0000

Especificação: CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 01 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO, UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁREAS PERMEÁVEIS E EM CASO QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE, COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.

00040 036315 CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 02 FABRICADA EM PVC C UN 2.0000

Especificação: CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 02 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO, UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁREAS PERMEÁVEIS E EM CASO QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE, COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.

00041 036316 CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº03 FABRICADA EM PVC C UN 2.0000

Especificação: CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº03 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO, UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁREAS PERMEÁVEIS E EM CASO QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE, COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00042	036317	CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 04 FABRICADA EM PVC	C	UN	2.0000
Especificação: CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 04 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO, UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁREAS PERMEÁVEIS E EM CASO QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE, COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.					
00043	036318	CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 05 FABRICADA EM PVC	C	UN	2.0000
Especificação: CANULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 05 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO, UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁREAS PERMEÁVEIS E EM CASO QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE, COM FUNÇÃO PRINCIPAL DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.					
00044	036319	COLAR DE MATERIAL TAMANHO P EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA)	C	UN	10.0000
Especificação: COLAR DE MATERIAL TAMANHO P EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA) ; REVESTIDO DE EVA QUE PROPORCIONA MAIS CONFORTO;AMARRAS EM VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; SUPORTE MENTODIANO, ABRETURA FRONTAL PARA ANÁLISE DE PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DE NUCA ; COR PADRONIZADA ABNT E DE ALTA DURABILIDADE					
00045	036320	COLAR DE MATERIAL TAMANHO M EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA)	C	UN	10.0000
Especificação: COLAR DE MATERIAL TAMANHO M EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA) ; REVESTIDO DE EVA QUE PROPORCIONA MAIS CONFORTO;AMARRAS EM VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; SUPORTE MENTODIANO, ABRETURA FRONTAL PARA ANÁLISE DE PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DE NUCA ; COR PADRONIZADA ABNT E DE ALTA DURABILIDADE					
00046	036321	COLAR DE MATERIAL DE TAMANHO G EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA)	C	UN	10.0000
Especificação: COLAR DE MATERIAL DE TAMANHO G EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (02 MM DE ESPESSURA) ; REVESTIDO DE EVA QUE PROPORCIONA MAIS CONFORTO;AMARRAS EM VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; SUPORTE MENTODIANO, ABRETURA FRONTAL PARA ANÁLISE DE PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DE NUCA ; COR PADRONIZADA ABNT E DE ALTA DURABILIDADE					
00047	036322	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, Nº. 6. CATETER 100% SILICONE. CANALÍCULAS REGULÁVEIS	C	UN	200.0000
Especificação: CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, Nº. 6. CATETER 100% SILICONE. CANALÍCULAS REGULÁVEIS QUE POSSIBILITAM ADEQUÁ-LAS AO TAMANHO DAS FOSSAS NASAIS DO PACIENTE. NÃO CAUSA DERMATITES. POSICIONAMENTO SEGURO, PERMITINDO LIBERDADE TOTAL DE MOVIMENTO AO PACIENTE. ACOMPANHA EXTENSÃO EM PVC. ESTÉRIL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA E BARREIRA MICROBIANA NA QUAL CONSTEM IMPRESSOS					

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:10
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.

00048 036323 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - BOLSA COLETORA EM PVC C UN 100.0000
FLEXÍVEL COM DUPLA FACE

Especificação: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL COM DUPLA FACE SENDO A ANTERIOR T, CAPACIDADE 2000 ML GRADUADA A CADA 100 ML PARA PEQUENOS VOLUMES DE 25 A 100 ML, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA "U", VÁLVULA ANTI-REFLUXO TIPO MEMBRANA, CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, FILTRO DE AR HIDRÓFOTO, CORDÃO PARA DEAMBULAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, 120 CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 0,9CM, PINÇA OU CLAMP PARA VEDAÇÃO, CONECTOR ESCALONADO PARA Sonda URETROVESICAL COM PONTO DE COLETA, TUBO DE SAÍDA CENTRAL VERTICAL.

00049 036324 COMPRESSA ESTÉRIL DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM - GAZE EM 100% PCT 5.000.0000
ALGODÃO HIDRÓFILO

Especificação: COMPRESSA ESTÉRIL DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM - GAZE EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADAS PARA USOS DIVERSOS, INCLUINDO FORMAS VARIADAS DE ASEPSIA, ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS (SANGUE, ÁGUA E OUTROS FLUÍDOS) QUANDO FECHADA E NO MÍNIMO 410 CM2 QUANDO ABERTA. CONSTITUÍDA DE 11 FIOS POR CM2, 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, ALVEJADA. ISENTA DE: RESÍDUOS, ALVEJANTES ÓTICOS, MANCHAS, FALHAS E SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS OU NOCIVAS À SAÚDE. A EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTAR: NOME COMERCIAL, TAMANHO, NÚMERO DE FIOS, NÚMERO DE DOBRAS, LOTE, MEDIDA E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEMAIS DIZERES DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PCT COM 10 UND

00050 036325 COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO E HIGIENIZAÇÃO C UN 7.000.0000

Especificação: COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MÉDICO E HIGIENIZAÇÃO, DE MATÉRIA PRIMA EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, SEM FILAMENTO RADIOPACO, PESO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS, DIMENSÕES: 45 X 50 CM, COR BRANCA. NO MÍNIMO 2 CAMADAS SOBREPOSTAS, COM AMARRAÇÕES QUE EVITEM O DESLIZAMENTO DO MATERIAL,

00051 036326 CONEXÃO 02 VIAS, TIPO POLIFIX (COM TAMPINHAS EXTRAS) - DISPOSITIVO UN 20.0000
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PLÁSTICO

Especificação: CONEXÃO 02 VIAS, TIPO POLIFIX (COM TAMPINHAS EXTRAS) - DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM PLÁSTICO (PVC) OU MATERIAL COMPATÍVEL COM SUA FINALIDADE, TRANSPARENTE EM FORMA DE Y, COM PINÇA E TAMPA PROTETORA EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. DEVERÁ TER CONECTOR LUER "FÊMEA" NAS EXTREMIDADES QUE SE DESTINAM A INFUSÃO DE SOLUÇÕES E CONECTOR LUER-LOCK "MACHO" NA EXTREMIDADE A QUAL SE CONECTA O DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA.

00052 036327 CUBA RIM DE MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL , TAMANHO DE 26X12 CM Ç UN 5.0000
CAPACIDADE DE 740 ML.

Especificação: CUBA RIM DE MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL , TAMANHO DE 26X12 CM , CAPACIDADE DE 740 ML.

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:10
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Processo de Registro de Preços

00053 036328 CURATIVO FILME TRANSPARENTE POLIURETANO HYDROFILM 10 X 15 CM UN 50.0000

Especificação: CURATIVO FILME TRANSPARENTE POLIURETANO HYDROFILM 10 X 15 CM

00054 036329 CURATIVO BOTA DE UNNA 10 CM X 9,14 MT. C UN 50.0000

Especificação:

00055 036330 CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO RECORTÁVEL 10X10 CM , ESTÉRIL UN 100.0000
COM REGISTRO NA ANVISA

Especificação: CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO RECORTÁVEL 10X10 CM , ESTÉRIL COM REGISTRO NA ANVISA

00056 036331 CURATIVO ALGINATO HIDROFIBRA DE PRATA 10X10 CM , ESTÉRIL COM C UN 100.0000
REGISTRO NA ANVISA

Especificação: CURATIVO ALGINATO HIDROFIBRA DE PRATA 10X10 CM , ESTÉRIL COM REGISTRO NA ANVISA

00057 036332 CURATIVO TRANSPARENTE, AMORFO DE ALTA VISCOSIDADE E COESÃO, UN 100.0000
ESTÉRIL

Especificação: CURATIVO TRANSPARENTE, AMORFO DE ALTA VISCOSIDADE E COESÃO, ESTÉRIL , SEM CONSERVANTES, COMPOSTO POR ÁGUA, CARBOXIMETILCELULOSE ALGINATO DE CÁLCIO. BISNAGA DE 25 GRS.

00058 036333 CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 10X10 CM , ESTÉRIL COM C UN 100.0000
REGISTRO NA ANVISA

Especificação: CURATIVO HIDROCOLOIDE RECORTÁVEL 10X10 CM , ESTÉRIL COM REGISTRO NA ANVISA

00059 036334 CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA RECORTÁVEL, 10,5 X 10,5 CM UN 100.0000
,ESTÉRIL

Especificação: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA RECORTÁVEL, 10,5 X 10,5 CM ,ESTÉRIL , COM REGISTRO NA ANVISA,

00060 036335 CABO DE BISTURI Nº 03 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, 13 CM PARA LÂMINAS UN 5.0000

Especificação: CABO DE BISTURI Nº 03 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 , 13 CM, PARA LÂMINAS DE 10 A 17 , FABRICADO DE CORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE , NORMAS DA ABNT .

00061 036336 TUBO DE SILICONE 204 C/15M, TRANSLÚCIDO, BI COMPATÍVEL, C UN 1.0000
REESTERILIZÁVEL

Especificação: TUBO DE SILICONE 204 C/15M, TRANSLÚCIDO, BI COMPATÍVEL, REESTERILIZÁVEL POR DIVERSAS VEZES EM AUTOCLAVE OU ETO, HIPOALÉRGICA,

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:10
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

ANTIADERENTE E HIDROFÓBIO, ESTÁVEL A TEMPERATURA DE -60°C À 250°C, UTILIZÁVEL EM DRENAGEM, SUCÇÃO, CONTATO COM ALIMENTOS, VAPOR E LÍQUIDOS.
CONEXÃO LATEX PARA ASPIRADOR

00062 036337 COPO DE MEDIÇÃO PEQUENO CABO DE PLÁSTICO CONE COM ESCALAC UN 3.0000
MESSCYLINDER COPO TRIÂNGULO

Especificação: COPO DE MEDIÇÃO PEQUENO CABO DE PLÁSTICO CONE COM ESCALA MESSCYLINDER COPO TRIÂNGULO TRIGONOMÉTRICAS COM ALÇA COPO GRADUADO PARA FRACIONAR PRODUTOS QUÍMICOS
50 ML

00063 036338 COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS DE PROLIPROPILENO, COM PONTAS CX 10.0000
DE ALGODÃO,

Especificação: COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS DE PROLIPROPILENO, COM PONTAS DE ALGODÃO, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSIN. CAIXA COM 100 UND

00064 036339 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (SERINGAS, AGULHAS ETC) UN 30.0000

Especificação: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (SERINGAS, AGULHAS ETC), CONFECCIONADO EM PAPEL RESISTENTE, PROTEGIDO INTERNAMENTE COM SACO PLÁSTICO (COM FORRO DUPLO DE PAPELÃO), CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS. ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.

00065 036340 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (SERINGAS, AGULHAS ETC) UN 200.0000
CONFECCIONADO EM PAPEL

Especificação: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (SERINGAS, AGULHAS ETC), CONFECCIONADO EM PAPEL RESISTENTE, PROTEGIDO INTERNAMENTE COM SACO PLÁSTICO (COM FORRO DUPLO DE PAPELÃO), CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS. ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.
DESCARPAX 3,5 LITROS

00066 036341 DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO, LÍQUIDO, COM PH NEUTRO, LT 30.0000
ATÓXICO

Especificação: DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO, LÍQUIDO, COM PH NEUTRO, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS EM SOLUÇÃO DILUÍDA NÃO CORROSIVO E BIODEGRADÁVEL, COM 05 (ENZIMAS) PROTEASE, AMILASE, LÍPASE, PEPTIDASE E CELULASE. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS E ULTRASSÔNICAS, NÃO ESPUMANTE. PRODUTO DILUÍDO A PROPORÇÃO MÁXIMA DE 2 ML POR LITRO/ÁGUA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO EM FRASCOS NO MÍNIMO 4 LITROS, EM EMBALAGEM RESISTENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O FABRICANTE DEVE DECLARAR AS CONCENTRAÇÕES ENZIMÁTICAS, MODO DE PREPARO DA SOLUÇÃO DE USO, PRAZO DE VALIDADE DESTA SOLUÇÃO E TEMPO DE IMERSÃO DOS OBJETOS DE TRABALHO E O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DO DETERGENTE ANTES DA DILUIÇÃO

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:11
Folha: 13

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo:		000109/2019		Modalidade: Pregão		Sequencial:		000048	
Data:		04/10/2019		Inciso:		Tipo de Apuração: Menor Preço - Item			
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO						Processo de Registro de Preços			
Entrega:		17/10/2019 08:30:00		Abertura: 17/10/2019 08:30:00		Proposta: 17/10/2019 08:45:00			
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM									
00067	036342	ESTETOSCÓPIO SIMPLES DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO MOLDADO EM PVC				UN	30.0000		
Especificação: ESTETOSCÓPIO SIMPLES DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO MOLDADO EM PVC , DE PEÇA ÚNICA PARA TRANSMISSÃO DO SOM, COM REGISTRO NA ANVISA.									
00068	036343	ELETRODO DESCARTÁVEL : ESPUMA DE ADESIVADO ,REBITE DE AÇO C INOXIDÁVEL, AG/AGCL				UN	300.0000		
Especificação: ELETRODO DESCARTÁVEL : ESPUMA DE ADESIVADO ,REBITE DE AÇO INOXIDÁVEL, AG/AGCL ,GEL CONDUTIVO COM FILME PET REMOVÍVEL.									
00069	036344	ELETRODO PARA EEG PRATA - TERMINAÇÃO: PINO FEMEA				C	UN	20.0000	
Especificação:									
00070	036345	EQUIPO MACROGOTAS - PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM INFUSOR LATERAL, TAMPA PROTETORA EXTERNA				UN	3.000.0000		
Especificação: EQUIPO MACROGOTAS - PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS. COM INFUSOR LATERAL, TAMPA PROTETORA EXTERNA, CÂMARA TRANSPARENTE FLEXÍVEL COM GOTEJAMENTO CORRESPONDENTE A 1 ML = 20 GOTAS, PONTA PERFURANTE ESCALONADA DE 2,2 CM, PINÇA ROLETE (ROLDANA), TUBO PVC TRANSPARENTE COM 125 A 150 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E A EMBALAGEM DEVERÁ FACILITAR A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA SENDO QUE A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO ADOTADA.									
00071	036346	EQUIPO MICROGOTAS GRAVITACIONAL (1ML = 60 MICROGOTAS) , ESTÉRIL, CONECTOR				UN	1.000.0000		
Especificação: EQUIPO MICROGOTAS GRAVITACIONAL (1ML = 60 MICROGOTAS) , ESTÉRIL, CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA), COM PONTA PERFURANTE, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM RESPIRO DE 0,2 MICRAS, TUBO CONECTOR VINÍLICO, 125 A 150CM DE EXTENSÃO, ROLETE REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL AUTO CICATRIZANTE MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES, CONECTOR TIPO "LUER"(UNIVERSAL), COM TAMPA ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO. ATÓXICO, APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA. RDC 4 (04/02/11) OU ATUALIZAÇÕES.									
00072	036347	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 23 CM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA -				UN	1.000.0000		
Especificação: DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 23 CM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSLÚCIDO ATÓXICO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO. ESCALPE Nº 23									
00073	036348	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA -				UN	800.0000		
ESTÉRIL, BISEL									

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:11
Folha: 14

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSLÚCIDO ATÓXICO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO.
ESCALPE Nº 25

00074 036349 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA UN 1.000.0000

Especificação: DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSLÚCIDO ATÓXICO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO.
ESCALPE 21

00075 036350 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA UN 800.0000

Especificação: DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSLÚCIDO ATÓXICO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO.
ESCALPE 19

00076 036351 ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL, CABO PLÁSTICO E CILÍNDRICO MEDINDO 18 (+/-1CM)CM UN 20.0000

Especificação: ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL, CABO PLÁSTICO E CILÍNDRICO MEDINDO 18 (+/-1CM)CM DE COMPRIMENTO, FACETADO, CERDAS COM APROXIMADAMENTE 2CM DE COMPRIMENTO, COM CERDAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, COM A BASE MAIS LARGA QUE O ÁPICE, DISPOSTAS EM 15 NÍVEIS PARALELOS DA BASE AO ÁPICE. ATÓXICA, ESTÉRIL (PACOTE COM 10 UNIDADES)

00077 036352 ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO E CERDAS PCT 50.0000

Especificação: ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO E CERDAS NYLON, COM CABO E CERDAS EM NYLON, COMPRIMENTO DO CABO 180 MM ESPESSURA/LARGURA DO CABO 15 MM, TAMANHO DAS CERDAS - 15 MM, LARGURA DAS CERDAS - 50 MM, APLICAÇÃO PARA LIMPEZA DE MATÉRIAS EM CME

00078 036353 ESPARADRAPO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE UN 700.0000

Especificação: ESPARADRAPO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. DEVE SER FÁCIL DE RASGAR, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA. EMBALAGEM EM TUBO DE PVC, COM TAMPA PROTETORA NAS DIMENSÕES 10 CM X 4,5 MT, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA

00079 036355 EXTENSOR DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL SIMULTÂNEA, 20CM, UN 50.0000
ADULTO, EM PVC TRANSPARENTE

Especificação: EXTENSOR DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL SIMULTÂNEA, 20CM, ADULTO, EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO. COM CONEXÃO LUER LOCK COM TAMPAS. TRAVA PLÁSTICA CORTA FLUXO EM CADA VIA. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00080 036356 FIO SUTURA NYLON PRETO 2/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM C UN 240.0000
AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

Especificação: FIO SUTURA NYLON PRETO 2/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

00081 036357 FIO SUTURA NYLON PRETO 3/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM C UN 240.0000
AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8.

Especificação: FIO SUTURA NYLON PRETO 3/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

00082 036358 FIO SUTURA NYLON PRETO 4/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM C UN 240.0000
AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

Especificação: FIO SUTURA NYLON PRETO 4/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

00083 036359 FIO SUTURA NYLON PRETO 5/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM C UN 240.0000
AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

Especificação: FIO SUTURA NYLON PRETO 5/0 , 45 CM, MONOFILAMENTO PRETO COM AGULHA TRIANGULAR 20MM 3/8

00084 036360 FIO CATGUT SIMPLES GASTRO 3-0 TIPO A - CLASSE IV , ESTÉRIL-70 CMC UN 120.0000
AGULHADO

Especificação: FIO CATGUT SIMPLES GASTRO 3-0 TIPO A - CLASSE IV , ESTÉRIL-70 CM AGULHADO

00085 036361 FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0MM) UN 5.0000
FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS

Especificação: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 14 FR (TUBOS DE 5,0 A 10,0 MM) FACILITA A INSERÇÃO DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS; CONTÉM UM FIO DE ALUMÍNIO MALEÁVEL DENTRO DE UMA BAINHA PLÁSTICA SATIN-SLIP, A BAINHA REDUZ A FRICÇÃO ENTRE O ESTILETE E O TUBO TRAQUEAL, FACILITANDO A INSERÇÃO E RETIRADA; A BAINHA SE ESTENDE ALÉM DA PONTA PARA REDUZIR O RISCO DE TRAUMA QUANDO O ESTILETE SE ESTENDE ALÉM DA PONTA DO TUBO TRAQUEAL.

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:11
Folha: 16

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo:	000109/2019	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000048
Data:	04/10/2019	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item		
Comissão de Licitação:	COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO				Processo de Registro de Preços
Entrega:	17/10/2019 08:30:00	Abertura:	17/10/2019 08:30:00	Proposta:	17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM					
00086	036362	GEL CLÍNICO PARA MEIOS DE CONTATO ÇÃOINCOLOR, INODORO, PH C	UN	20.0000	
Especificação: GEL CLÍNICO PARA MEIOS DE CONTATO ÇÃOINCOLOR, INODORO, PH NEUTRO, HIPOALÉRGICO, ISENTO DE SAIS E ÁLCOOL (FORMULAÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, IMIDAZOLIDIL URÉIA, METIL PARABENO, 02 AMINO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA) BISNAGA					
00087	036363	INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO DO TIPO AUTOCONTIDO EM PACOTE TESTE	UN	1.000.0000	
Especificação: INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO DO TIPO AUTOCONTIDO EM PACOTE TESTE, PARA MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM RESPOSTA EM 3 HORAS. COMPOSTO POR: 01 TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS DENTRO DE UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO PARA O BACILO, COMBINADO COM INDICADOR DE PH, QUE MUDA DE COR APÓS INCUBAÇÃO. AS AMPOLAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM FRASCO TERMO PLÁSTICO FLEXÍVEL, NÃO CORTANTE, PERMITINDO QUE O MEIO DE CULTURA ENTRE EM CONTATO COM O AGENTE MICROBIANO, SEM RISCO DE ACIDENTE PROFISSIONAL, COM TAMPA PERMEÁVEL AO VAPOR E PROTEGIDA DE UM PAPEL DE FILTRO BACTERIANO. RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO, FIXADO AO TUBETE APRESENTANDO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E 1 INDICADOR QUÍMICO CLASSE I INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERIZAÇÃO A VAPOR COM RESPOSTA EM 3 HORASINDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERIZAÇÃO A VAPOR COM RESPOSTA EM 3 HORAS					
00088	036364	INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (INTEGRADOR) QUE EFETUA A MONITORIZAÇÃO	UN	3.000.0000	
Especificação: INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (INTEGRADOR) QUE EFETUA A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO NO INTERIOR DAS EMBALAGENS (CONTROLE DE PACOTE). FITA DE PAPEL COBERTA COM SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUE MUDA DE COLORAÇÃO OU COM RESPOSTA POR MUDANÇA DE LIMITE QUANDO EXPOSTA ÀS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TEMPO E TEMPERATURA NECESSÁRIAS AO PROCESSO, QUE DEVERÁ SER EXPOSTA NO PRODUTO PELO FABRICANTE. ATÓXICA. FÁCIL INTERPRETAÇÃO (LEITURA CLARA, IMEDIATA E PRECISA).DE ACORDO COM A NORMA ANSI/ AAMI/ ISO 11140-1					
00089	036365	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 1X2 DENTES STARK, 14 CM, EM INOX;	UN	20.0000	
Especificação: PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 1X2 DENTES STARK, 14 CM, EM INOX; OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO					
00090	036366	PINÇA KELLY, RETA 14 CM, EM INOX,	UN	20.0000	
Especificação: PINÇA KELLY, RETA 14 CM, EM INOX; OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.					
00091	036367	PINÇA PEAN PARA ASSEPSIA, 14 CM, EM INOX.	UN	20.0000	
Especificação: PINÇA PEAN PARA ASSEPSIA, 14 CM, EM INOX; OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO					

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:11
Folha: 17

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00092	036368	TESOURA ÍRIS RETA 09CM.	C	UN	20.0000
Especificação: TESOURA ÍRIS RETA 09CM OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO INSTRUMENTAL PARA CURATIVO					
00093	036369	CUBA REDONDA COM CAPACIDADE PARA 200 ML, CONFECCIONADO EM AÇO INOX;	C	UN	5.0000
Especificação: CUBA REDONDA COM CAPACIDADE PARA 200 ML, CONFECCIONADO EM AÇO INOX; OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.					
00094	036370	TESOURA DELICADA (TESOURA ÍRIS RETA, 09CM)	C	UN	20.0000
Especificação: TESOURA DELICADA (TESOURA ÍRIS RETA, 09CM) OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420. INSTRUMENTAL PARA RETIRADA DE PONTOS					
00095	036371	PINÇA ANATÔMICA TIPO ADSON COM DENTE DE RATO.	C	UN	20.0000
Especificação: PINÇA ANATÔMICA TIPO ADSON COM DENTE DE RATO OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.					
00096	036372	PINÇA HALSTED MOSQUITO PODE SER KELLY OU PEAN	C	UN	20.0000
Especificação: PINÇA HALSTED MOSQUITO (PODE SER KELLY OU PEAN) OBS.: O INSTRUMENTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.					
00097	036373	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	C	CX	5.0000
Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO JELCO Nº 14 CX COM 50 UND					
00098	036374	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	C	CX	5.0000
Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO					

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCOBIOLÓGICO JELCO Nº 16 CX COM 50 UND

00099 036375 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE C CX 5.0000
SEGURANÇA

Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCOBIOLÓGICO JELCO Nº 18 CX COM 50 UND

00100 036376 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE C CX 60.0000
SEGURANÇA

Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCOBIOLÓGICO JELCO Nº 20 CX COM 50 UND

00101 036377 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE C CX 100.0000
SEGURANÇA

Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCOBIOLÓGICO JELCO Nº 22 CX COM 50 UND

00102 036378 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE C CX 100.0000
SEGURANÇA

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - ESTÉRIL, COM CÂNULA CONSTITUÍDA DE POLIURETANO RADIOPACO FLEXÍVEL, SEM EFEITO MEMÓRIA. CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO, CODIFICADO EM CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO TRANSLÚCIDA POSSUINDO TAMPA COM MEMBRANA POROSA FILTRANTE, AGULHA ELETROPOLIDA COM PONTA TIPO "V" COM BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM TIPO BLISTER, POSSUINDO ABERTURA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAÇÃO. O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 32 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO AO RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES E QUANTO AO RISCO BIOLÓGICO JELCO Nº 24 CX COM 50 UND

00103 036379 LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADA E POLIDA C CX 3.0000

Especificação: LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITO ENCAIXE PARA CABO DE BISTURI PADRÃO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32. MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00104 036380 LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADA E POLIDA. C CX 3.0000

Especificação: ESPECIFI LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITO ENCAIXE PARA CABO DE BISTURI PADRÃO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32. MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00105 036381 LANCETA - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR C CX 100.0000

Especificação: LANCETA - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRES DE 21G (NO MÍNIMO) A 28G (NO MÁXIMO), PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 2.0 MM, COM LÂMINA PERFURO CORTANTE RETRÁTIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ANVISA, NÃO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA. CAIXA COM 100

00106 036382 LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO - TIPO BOBINA, UNIFORMEMENTE C ROLO 400.0000
ENROLADO EM TUBO OCO, NA COR BRANCA

Especificação: LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO - TIPO BOBINA, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, NA COR BRANCA, CONFECCIONADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE, RESISTENTE. TEXTURA FIRME, FLEXIBILIDADE, ABSORVÊNCIA, RESISTÊNCIA À UMIDADE E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONDIZENTES COM A UTILIZAÇÃO A QUE SE PROPÕE. DEVERÁ ESTAR ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS E/OU NOCIVAS À SAÚDE (AUSÊNCIA DE CONTAMINANTES), FUROS, MANCHAS, RASGOS, PREGAS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO. PESO MÍNIMO POR M² DE 50 G. DIMENSÕES (PAPEL): COMPRIMENTO DE 50 M; LARGURA DE 70 CM; ESPESSURA DE 0,15 MM. DEVERÁ SER EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO MANTER SUA INTEGRIDADE ATÉ O USO E CONSTAR EXTERNAMENTE O CONTEÚDO QUALITATIVO, A MATÉRIA-PRIMA, DIMENSÕES, COR, MARCA E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00107 036383 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, C PAR 600.0000
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL

Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA 0,15 MM. O COMPRIMENTO E A LARGURA DOS DEDOS DE ÁREA PALMAR E DO PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA NÚMERO PADRÃO A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. LUBRIFICANTE A BASE DE PÓ ABSORVÍVEL E HIPOALÉRGICO, COR NATURAL, TAMANHO CONFORME PADRÃO BRASILEIRO (6.0). BORDAS DOS PUNHOS DEVIDAMENTE REFORÇADAS E ACABADAS. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. PERFEITA FORMA ANATÔMICA DA MÃO COM ESPAÇOS INTERDIGITAIS, DEVIDAMENTE ESTRUTURADOS A FIM DE PERMITIR COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PARES INDIVIDUAIS, FACILITANDO A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. OS DADOS SOBRE TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 5 (CINCO) CM A CONTRA BORDA, DEVENDO A MARCAÇÃO SER DE CARÁTER PERMANENTE E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DOS PRODUTOS DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO ADOTADO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012.

00108 036384 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, C PAR 600.0000
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,

Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA 0,15 MM. O COMPRIMENTO E A LARGURA DOS DEDOS DE ÁREA PALMAR E DO PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA NÚMERO PADRÃO A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. LUBRIFICANTE A BASE DE PÓ ABSORVÍVEL E HIPOALÉRGICO, COR NATURAL, TAMANHO CONFORME PADRÃO BRASILEIRO (6.0). BORDAS DOS PUNHOS DEVIDAMENTE REFORÇADAS E ACABADAS. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. PERFEITA FORMA ANATÔMICA DA MÃO COM ESPAÇOS INTERDIGITAIS, DEVIDAMENTE ESTRUTURADOS A FIM DE PERMITIR COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PARES INDIVIDUAIS, FACILITANDO A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. OS DADOS SOBRE TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 5 (CINCO) CM A CONTRA BORDA, DEVENDO A MARCAÇÃO SER DE CARÁTER PERMANENTE E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DOS PRODUTOS DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO ADOTADO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012.

00109 036385 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, C PAR 400.0000
CONFECCIONADA EM LÁTEX

Especificação: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ESPESSURA MÍNIMA 0,15 MM. O COMPRIMENTO E A

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

LARGURA DOS DEDOS DE ÁREA PALMAR E DO PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA NÚMERO PADRÃO A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. LUBRIFICANTE A BASE DE PÓ ABSORVÍVEL E HIPOALÉRGICO, COR NATURAL, TAMANHO CONFORME PADRÃO BRASILEIRO (6.0). BORDAS DOS PUNHOS DEVIDAMENTE REFORÇADAS E ACABADAS. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO CAPAZ DE PREJUDICAR SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. PERFEITA FORMA ANATÔMICA DA MÃO COM ESPAÇOS INTERDIGITAIS, DEVIDAMENTE ESTRUTURADOS A FIM DE PERMITIR COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PARES INDIVIDUAIS, FACILITANDO A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. OS DADOS SOBRE TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 5 (CINCO) CM A CONTRA BORDA, DEVENDO A MARCAÇÃO SER DE CARÁTER PERMANENTE E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DOS PRODUTOS DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO ADOTADO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012

00110 036386 LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL E.V.A COM 100 UNIDADES C PCT 30.0000

Especificação: LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL E.V.A COM 100 UNIDADES , PODE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA ATÉ 30 GRAUS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 100 UNIDADES . APROPRIADAS PARA USO EM LABORATÓRIOS E SETORES MEDICO HOSPITALARES DEVIDO A SUA ALTA SENSIBILIDADE , MACIEZ E RESISTÊNCIA . ESPESSURA DE 0,03 MICRA , TAMANHO ÚNICO .

00111 036387 LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO FORRADAS INTERNAMENTE PAR 100.0000

Especificação: LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, FORRADAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO: 8.0. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, NOME DO IMPORTADOR LUVA PARA EPI CANO LONGO TAMANHO PEQUENO

00112 036388 LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO PAR 100.0000

Especificação: LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, FORRADAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO: 8.0. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:13
Folha: 22

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, NOME DO IMPORTADOR LUVA PARA EPI CANO LONGO TAMANHO MÉDIO

00113 036389 LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, FORRADAS PAR 50.0000

Especificação: LUVA DE LÁTEX, AMARELA PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, FORRADAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO: 8.0. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA, NOME DO IMPORTADOR LUVA PARA EPI CANO LONGO TAMANHO GRANDE

00114 036390 LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, PAR 100.0000

Especificação: LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, COR VERDE, PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, INTERIOR FLOCADO, COMPRIMENTO DE 33 CM, ESPESSURA DE 0,40MM. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA TAMANHO P

00115 036391 LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, COR VERDE PAR 100.0000

Especificação: LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, COR VERDE, PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, INTERIOR FLOCADO, COMPRIMENTO DE 33 CM, ESPESSURA DE 0,40MM. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA TAMANHO M

00116 036392 LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, COR VERDE PAR 100.0000

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:13
Folha: 23

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: LUVA DE SEGURANÇA, BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO VERDE P/ PREP. PRODUTO QUÍMICO, COR VERDE, PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, INTERIOR FLOCADO, COMPRIMENTO DE 33 CM, ESPESSURA DE 0,40MM. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. OBS: CONFORME NR 6 TODO EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, O NOME COMERCIAL DA EMPRESA FABRICANTE, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), OU, NO CASO DE EPI IMPORTADO, O NOME DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA TAMANHO G

00117 036393 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CX 400.0000

Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MÉDIA) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL (POLÍMERO DE BORRACHA NATURAL), FLEXÍVEL, COM PUNHO AJUSTÁVEL, PROVIDOS DE REFORÇO TIPO VIROLA, PARA QUE HAJA MELHOR AJUSTE AO ANTEBRAÇO. DEVERÁ SER LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO, PERMITIR ALTA SENSIBILIDADE DE TATO, SUFICIENTE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À MÃO. O COMPRIMENTO E A LARGURA DOS DEDOS E DA ÁREA PALMAR DE PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA TAMANHO PADRÃO, A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.10 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, 240 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. OS DADOS REFERENTES AO TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE DA LUVA. DE MODO QUE GARANTA A INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012 E OU ATUALIZAÇÕES.

00118 036394 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MÉDIA) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CX 800.0000

Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MÉDIA) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL (POLÍMERO DE BORRACHA NATURAL), FLEXÍVEL, COM PUNHO AJUSTÁVEL, PROVIDOS DE REFORÇO TIPO VIROLA, PARA QUE HAJA MELHOR AJUSTE AO ANTEBRAÇO. DEVERÁ SER LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO, PERMITIR ALTA SENSIBILIDADE DE TATO, SUFICIENTE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À MÃO. O COMPRIMENTO E A LARGURA DOS DEDOS E DA ÁREA PALMAR DE PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA TAMANHO PADRÃO, A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.10 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, 240 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. OS DADOS REFERENTES AO TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE DA LUVA. DE MODO QUE GARANTA A INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012 E OU ATUALIZAÇÕES.

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:13
Folha: 24

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00119 036395 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CX 50.0000

Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G(MÉDIA) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL (POLÍMERO DE BORRACHA NATURAL), FLEXÍVEL, COM PUNHO AJUSTÁVEL, PROVIDOS DE REFORÇO TIPO VIOLA, PARA QUE HAJA MELHOR AJUSTE AO ANTEBRAÇO. DEVERÁ SER LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO, PERMITIR ALTA SENSIBILIDADE DE TATO, SUFICIENTE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR PERFEITA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À MÃO. O COMPRIMENTO E A LARGURA DOS DEDOS E DA ÁREA PALMAR DE PUNHO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM CADA TAMANHO PADRÃO, A FIM DE HAVER PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ISENÇÃO DE EMENDAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.10 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, 240 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO. OS DADOS REFERENTES AO TAMANHO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA FACE DA LUVA. DE MODO QUE GARANTA A INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. AS LUVAS DEVERÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO: REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS - PORTARIA N.º 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012 E OU ATUALIZAÇÕES.

00120 036396 MARCADOR DE INSTRUMENTAL, CORES: TIPO LISAS, SÓLIDAS E FIRMES, CARTEL 2.0000

Especificação: MARCADOR DE INSTRUMENTAL, CORES: TIPO LISAS, SÓLIDAS E FIRMES, RESISTENTES A AUTOCLAVAÇÃO, ADESIVIDADE SEGURA. APRESENTAÇÃO EM FOLHAS, COM FITAS AUTOADESIVAS PRÉ-CORTADAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.. CARTELAS INDIVIDUAIS NAS CORES: BRANCA, PRETA, AMARELA, LARANJA, CINZA, LILÁS, VERMELHA, MARROM, VERDE, AZUL E BEGE (11 CORES). CARTELA INDIVIDUAL COM 5 UND

00121 036397 MÁSCARA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, DUPLA CAMADA, MODELO C UN 20.0000

Especificação: MÁSCARA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, DUPLA CAMADA, MODELO RETANGULAR, COM NO MÍNIMO 20 X 10 CM E 3 PREGAS LONGITUDINAIS, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, E 4 TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA. GRAMATURA 30. CX COM 50 UND

00122 036398 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA COM RESERVATÓRIO COM ELÁSTICO MÁSCARA DE PVC UN 30.0000

Especificação: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA COM RESERVATÓRIO COM ELÁSTICO MÁSCARA DE PVC COM PRESILHA DE AÇO, BALÃO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 1000 ML; VALIDADE INDETERMINADA; REG .NA ANVISA MASCARA FACIAL PARA OXIGENIO TERAPIA COM SISTEMA VENTURI

00123 036399 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO COM UN 30.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

ELÁSTICO

Especificação: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO COM ELÁSTICO MÁSCARA DE PVC COM PRESILHA DE AÇO, BALÃO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 1000 ML; VALIDADE INDETERMINADA; REG .NA ANVISA

00124 036400 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO COM COPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL UN 50.0000

Especificação: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO COM COPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL, MÁSCARAS DE SILICONE , ATÓXICO, INJETOR LATERAL DE POLIPROPILENO , CONEXÃO ADAPTÁVEL, EXTENSÃO EM TUBO DE PVC , MALEÁVEL , ATÓXICO COM 1,3 METRO DE COMPRIMENTO

00125 036401 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL COM COPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL UN 50.0000

Especificação: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL COM COPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL, MÁSCARAS DE SILICONE , ATÓXICO, INJETOR LATERAL DE POLIPROPILENO , CONEXÃO ADAPTÁVEL, EXTENSÃO EM TUBO DE PVC , MALEÁVEL , ATÓXICO COM 1,3 METRO DE COMPRIMENTO

00126 036402 MÁSCARA Nº 95, DESENVOLVIDA PARA PROTEGER PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, UN 100.0000

Especificação: MÁSCARA Nº 95, DESENVOLVIDA PARA PROTEGER PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS/PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO (SMS), NÃO ESTÉRIL, COM 6 (SEIS) CAMADAS: DUAS DE MELTBONDED (FILTRO PROTETOR); 1 CAMADA EXTERNA DE SPUNBONDED AZUL (ESTÉTICA); 1 CAMADA INTERNA DE SPUNBONDED BRANCO (CONFORTO); 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE SPUNBONDED (SEPARADOR DOS FILTROS) E 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FELTRO (SUSTENTAÇÃO), DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.

00127 036403 OCLUSOR OFTÁLMICO TAMANHO GRANDE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO EM NÃO-TECIDO, C CX 10.0000

Especificação: OCLUSOR OFTÁLMICO TAMANHO GRANDE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO EM NÃO-TECIDO, OFERECE UMA OCLUSÃO PERFEITA QUE PERMITIRÁ TOTAL PROTEÇÃO EM LUGARES DE FORTE LUMINOSIDADE E TAMBÉM GARANTE MAIOR ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO TRATAMENTO DO ESTRABISMO E DA AMBLIOPIA.

00128 036404 OCLUSOR OFTÁLMICO TAMANHO PEQUENO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO EM NÃO-TECIDO C CX 10.0000

Especificação: OCLUSOR OFTÁLMICO TAMANHO PEQUENO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO EM NÃO-TECIDO, OFERECE UMA OCLUSÃO PERFEITA QUE PERMITIRÁ TOTAL PROTEÇÃO EM LUGARES DE FORTE LUMINOSIDADE E TAMBÉM GARANTE MAIOR ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO TRATAMENTO DO ESTRABISMO E DA AMBLIOPIA.

00129 036405 OTOSCÓPIO COM LAMPADA DE LED, ALIMENTAÇÃO COM 02 AAA PILHAS UN 5.0000

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:13
Folha: 26

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

PALITO , ESPEÚCULOS 1,2,3,4 E 5 UM JOGO PROTETOR.

Especificação: OTOSCÓPIO COM LAMPADA DE LED, ALIMENTAÇÃO COM 02 AAA PILHAS PALITO , ESPEÚCULOS 1,2,3,4 E 5 UM JOGO PROTETOR.

00130 036406 ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM C UN 10.0000
POLICARBONATO

Especificação: ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO. ARMAÇÃO PRETA E HASTES REGULÁVEIS. ACOMPANHAR CORDÃO DE SEGURANÇA. RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. COR: INCOLOR (COM ANTI-EMBAÇANTE). O CISMISL DEVERÁ RECEBER UMA CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A

00131 036407 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL UN 10.0000
AIS-420 TAMANHO : 14 CM,

Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS-420 TAMANHO : 14 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICA,,NORMAS DE ABTN

00132 036408 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL UN 10.0000
AIS-420 TAMANHO : 14 CM

Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS-420 TAMANHO : 14 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICA,,NORMAS DE ABTN

00133 036409 PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE C UN 400.0000
ETILENO, 3ª GERAÇÃO

Especificação: PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO, 3ª GERAÇÃO, TAMANHO 30 CM X 30 CM, GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2, BFE (BACTÉRIA FILTRATION EFFICIENCY) MÍNIMO DE 98%, 100% DE CELULOSE, MÉDIA DE DIÂMETRO DOS POROS: INFERIOR OU IGUAL A 50 MICRAS, RESISTENTE A RUPTURA, MÍNIMO DE 1,33 KN/M, HIDRO REPELÊNCIA: MÍNIMO 20 SEGUNDOS. MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL E/OU FOTO DEGRADÁVEL, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. DEVERÁ SUPORTAR ATÉ 150°C QUANDO SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. APRESENTAÇÃO EM FOLHA.

00134 036410 PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE C UN 400.0000
ETILENO, 3ª GERAÇÃO, TAMANHO

Especificação: PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO, 3ª GERAÇÃO, TAMANHO 50 CM X 50 CM, GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2, BFE (BACTÉRIA FILTRATION EFFICIENCY) MÍNIMO DE 98%, 100% DE CELULOSE, MÉDIA DE DIÂMETRO DOS POROS: INFERIOR OU IGUAL A 50 MICRAS, RESISTENTE A RUPTURA, MÍNIMO DE 1,33 KN/M, HIDRO REPELÊNCIA: MÍNIMO 20 SEGUNDOS. MALEÁVEL, BIODEGRADÁVEL E/OU FOTO DEGRADÁVEL,

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. DEVERÁ SUPORTAR ATÉ 150°C QUANDO SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO.
APRESENTAÇÃO EM FOLHA.

00135 036411 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA ROLO 10.0000

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 20 CMX100M

00136 036412 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, ROLO 10.0000

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 10 CMX100M

00137 036413 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 8 CMX100M

MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 8 CMX100M

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 8 CMX100M

00138 036414 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 8 CMX100M

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE DUPLA CAMADA COM 57G/M, QUE SUPORTA BEM AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. INDICADORES PARA VAPOR E GÁS, SELAGEM TRIPLA, PROTEÇÃO GARANTIDA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 8 CMX100M

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:14
Folha: 28

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

EMBALAGEM E CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. MEDIDAS 5 CMX100M

00139 036415 PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) C PT 3.0000

Especificação: : PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG), INDICADA PARA A FIXAÇÃO DE ELETRODOS NO COURO CABELUDO, EM EXAMES DE EEG. COMPOSIÇÃO BALANCEADA PERMITINDO MAIOR ESTABILIDADE; PH ADEQUADO; NÃO TÓXICO E NÃO IRRITANTE; SOLÚVEL EM ÁGUA FACILITANDO SUA REMOÇÃO DOS ELETRODOS E DA PELE; RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 EXAMES POR POTE DE 1KG; VALIDADE: 02 ANOS.

00140 036416 POTE PEQUENO DE PLÁSTICO, COM TAMPA, REDONDO TRANSPARENTE OU BRANCO UN 10.0000

Especificação: POTE PEQUENO DE PLÁSTICO, COM TAMPA, REDONDO TRANSPARENTE OU BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 10 CM DE PROFUNDIDADE X 15 CM DE LARGURA X 25 CM DE COMPRIMENTO. (MEDIDAS APROXIMADAS - PODENDO TER ALTERAÇÃO EM 10%)

00141 036417 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL P/ INSULINA, 1ML COM AGULHA FIXA C UN 3.000.0000
(SOLDADA AO CORPO), LISA

Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL P/ INSULINA, 1ML COM AGULHA FIXA (SOLDADA AO CORPO), LISA, TAMANHO DA AGULHA 8 X 0,30 A 9,5 X 0,30, FABRICADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. BICO CENTRAL COM ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADO, APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR. CONDIÇÕES GERAIS: SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ÍNTEGRO E ADEQUADO. O PRODUTO ACABADO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONDIZENTES COM A SUA UTILIZAÇÃO. ESTAR LIVRE DE MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, SILICONIZADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE: FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO: MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, CONFORME DESCRITO ACIMA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL BASE PARA APOIO DOS DEDOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ATÓXICA, APIROGÊNICA E INERTE. DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO DA DOSAGEM. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL E ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME E SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ESCALA BEM VISÍVEL E PRECISA, SENDO CADA TRAÇO CORRESPONDENTE A 0,02 ML OU DUAS UNIDADES, DEVENDO SER GRAVADA COM NITIDEZ PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO EM DOSES EXATAS. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO. EMBALAGEM: AS SERINGAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU EM PACOTE COM 10 UNIDADES, ESTERILIZADO POR COBALTO 60. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO

00142 036418 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL , 3ML SLIP LATERAL COM ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADO UN 3.000.0000

Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL , 3ML SLIP LATERAL COM ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADO, APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR. CONDIÇÕES GERAIS: SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICA, APIROGÊNICA, ÍNTEGRO E ADEQUADO. O PRODUTO ACABADO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONDIZENTES COM A SUA UTILIZAÇÃO. ESTAR LIVRE DE MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, SILICONIZADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE: FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO: MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, CONFORME DESCRITO ACIMA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL BASE PARA APOIO DOS DEDOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ATÓXICA, APIROGÊNICA E INERTE. DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO DA DOSAGEM. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL E ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME E SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ESCALA BEM VISÍVEL E PRECISA, SENDO CADA TRAÇO CORRESPONDENTE A 0,02 ML OU DUAS UNIDADES, DEVENDO SER GRAVADA COM NITIDEZ PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO EM DOSES EXATAS. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO. EMBALAGEM: AS SERINGAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU EM PACOTE COM 10 UNIDADES, ESTERILIZADO POR COBALTO 60. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO.

00143 036419 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 5 ML - LATERAL, SLIP LATERAL C UN 4.000.0000

Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 5 ML - LATERAL, SLIP LATERAL, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR. EMBALADA EM PAPEL CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONDIÇÕES GERAIS:

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO E ADEQUADO. O PRODUTO ACABADO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONDIZENTES COM A SUA UTILIZAÇÃO. DEVE ESTAR LIVRE DE MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE: FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO: MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUIDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, CONFORME DESCRITO ACIMA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL BASE PARA APOIO DOS DEDOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS; ATÓXICA, APIROGÊNICA E INERTE. DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO DA DOSAGEM. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL E ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDO ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME A SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ESCALA BEM VISÍVEL E PRECISA, SENDO CADA TRAÇO CORRESPONDENTE A 0,02 ML OU DUAS UNIDADES, DEVENDO SER GRAVADA COM NITIDEZ PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO EM DOSES EXATAS. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 (UM) CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO. EMBALAGEM: AS SERINGAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO E QUE ESTEJA DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE FAVORECER A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAR.

00144 036420 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 10 ML - SLIP LATERAL COM ROSCA, UN 4.000.0000
ÊMBOLO DE BORRACHA

Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 10 ML - SLIP LATERAL COM ROSCA, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR. EMBALADA EM PAPEL CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONDIÇÕES GERAIS: SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO E ADEQUADO. O PRODUTO ACABADO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONDIZENTES COM A SUA UTILIZAÇÃO. DEVE ESTAR LIVRE DE MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE: FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

ÊMBOLO: MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, CONFORME DESCRITO ACIMA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL BASE PARA APOIO DOS DEDOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS; ATÓXICA, APIROGÊNICA E INERTE. DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO DA DOSAGEM. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL E ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDO ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME A SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ESCALA BEM VISÍVEL E PRECISA, SENDO CADA TRAÇO CORRESPONDENTE A 0,02 ML OU DUAS UNIDADES, DEVENDO SER GRAVADA COM NITIDEZ PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO EM DOSES EXATAS. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 (UM) CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO. EMBALAGEM: AS SERINGAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO E QUE ESTEJA DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE FAVORECER A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAR.

00145 036421 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 20 ML - SLIP LATERAL COM ROSCA, UN 7.000.0000
ÊMBOLO DE BORRACHA

Especificação: SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 20 ML - SLIP LATERAL COM ROSCA, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR. EMBALADA EM PAPEL CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONDIÇÕES GERAIS: SERINGA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO E ADEQUADO. O PRODUTO ACABADO DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONDIZENTES COM A SUA UTILIZAÇÃO. DEVE ESTAR LIVRE DE MATÉRIA ESTRANHA, CISCOS OU SUJEIRAS. CILINDRO: COMPOSTO DE CORPO, BICO E FLANGE. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE: FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO: MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, CONFORME DESCRITO ACIMA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO, EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL BASE PARA APOIO DOS DEDOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS; ATÓXICA, APIROGÊNICA E INERTE. DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DEVE APRESENTAR ESPESSURA ADEQUADA QUE FACILITE A VISUALIZAÇÃO DA DOSAGEM. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL E ISENTO DE

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:15
Folha: 32

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDO ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME A SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ESCALA BEM VISÍVEL E PRECISA, SENDO CADA TRAÇO CORRESPONDENTE A 0,02 ML OU DUAS UNIDADES, DEVENDO SER GRAVADA COM NITIDEZ PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO EM DOSES EXATAS. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 (UM) CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO. EMBALAGEM: AS SERINGAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO E QUE ESTEJA DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE FAVORECER A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, SEM DELAMINAR.

00146 036422 SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 12, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS UN 50.0000

Especificação: SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 12, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS, COMPRIMENTO DE 40 CM (+/-5 CM), UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). ATRAUMÁTICA. CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.

00147 036423 SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 14, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS, COMPRIMENTO DE 40 CM (+/-5 CM), UN 50.0000

Especificação: SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 14, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS, COMPRIMENTO DE 40 CM (+/-5 CM), UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). ATRAUMÁTICA. CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.

00148 036424 SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 16, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS UN 200.0000

Especificação: SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 16, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS, COMPRIMENTO DE 40 CM (+/-5 CM), UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). ATRAUMÁTICA. CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.

00149 036425 SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 18, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS UN 300.0000

Especificação: SONDA FOLEY, 2 VIAS, CALIBRE 18, 5-15CC, LÁTEX SILICONIZADO, COM DUAS VIAS, COMPRIMENTO DE 40 CM (+/-5 CM), UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). ATRAUMÁTICA. CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.

00150 036426 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 10 UN 50.0000
LONGA

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 10 LONGA - COM NO MÍNIMO 40 CM E NO MÁXIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO POLIVINIL (DESCARTÁVEL) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RETA, INTEIRIÇA. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PERFURAÇÃO DE FORMATO OVAL UNIFORME NO DIÂMETRO, NÚMERO E DISTÂNCIA LOCALIZADA LATERALMENTE, EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA ADAPTADA A UM CONECTOR PLÁSTICO PROVIDO DE TAMPA, ADEQUADAMENTE ARTICULADO MOLDADO E DIMENSIONADO DE FORMA A PERMITIR PERFEITO ENCAIXE A BICOS DA SERINGA E EQUIPOS. A PAREDE DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS OU QUALQUER DEFEITO, PERFURAÇÃO TÉCNICAMENTE FORMADA COM BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE REBARBAS OU QUAISQUER IRREGULARIDADES
CAPAZES DE TRAUMATIZAR A MUCOSA DO PACIENTE. DISPOSITIVO CONECTOR E TAMPAS MOLDADAS A FIM DE PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO E EVITAR ABERTURA ACIDENTAL. DEVERÁ TER O CALIBRE NO PADRÃO INTERNACIONAL DE MEDIDA. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO ADOTADO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ SER DE FÁCIL MANUSEIO FAVORECENDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO

00151 036427 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 12 UN 100.0000
LONGA

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 12 LONGA - COM NO MÍNIMO 40 CM E NO MÁXIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO POLIVINIL (DESCARTÁVEL) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RETA, INTEIRIÇA. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PERFURAÇÃO DE FORMATO OVAL UNIFORME NO DIÂMETRO, NÚMERO E DISTÂNCIA LOCALIZADA LATERALMENTE, EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA ADAPTADA A UM CONECTOR PLÁSTICO PROVIDO DE TAMPA, ADEQUADAMENTE ARTICULADO MOLDADO E DIMENSIONADO DE FORMA A PERMITIR PERFEITO ENCAIXE A BICOS DA SERINGA E EQUIPOS. A PAREDE DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS OU QUALQUER DEFEITO, PERFURAÇÃO TÉCNICAMENTE FORMADA COM BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE REBARBAS OU QUAISQUER IRREGULARIDADES
CAPAZES DE TRAUMATIZAR A MUCOSA DO PACIENTE. DISPOSITIVO CONECTOR E TAMPAS MOLDADAS A FIM DE PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO E EVITAR ABERTURA ACIDENTAL. DEVERÁ TER O CALIBRE NO PADRÃO INTERNACIONAL DE MEDIDA. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO ADOTADO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ SER DE FÁCIL MANUSEIO FAVORECENDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.

00152 036428 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 14 UN 100.0000
LONGA

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 14 LONGA - COM NO MÍNIMO 40 CM E NO MÁXIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO POLIVINIL (DESCARTÁVEL) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RETA, INTEIRIÇA. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PERFURAÇÃO DE FORMATO OVAL UNIFORME NO DIÂMETRO, NÚMERO E DISTÂNCIA LOCALIZADA LATERALMENTE, EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA ADAPTADA A UM CONECTOR PLÁSTICO PROVIDO DE TAMPA, ADEQUADAMENTE ARTICULADO MOLDADO E DIMENSIONADO DE FORMA A PERMITIR PERFEITO ENCAIXE A BICOS DA SERINGA E EQUIPOS. A PAREDE DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS OU QUALQUER DEFEITO, PERFURAÇÃO TÉCNICAMENTE FORMADA COM BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE REBARBAS OU QUAISQUER IRREGULARIDADES CAPAZES DE TRAUMATIZAR A MUCOSA DO PACIENTE. DISPOSITIVO CONECTOR E TAMPAS MOLDADAS A FIM DE PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO E EVITAR ABERTURA ACIDENTAL. DEVERÁ TER O CALIBRE NO PADRÃO INTERNACIONAL DE MEDIDA. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO ADOTADO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ SER DE FÁCIL MANUSEIO FAVORECENDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO.

00153 036429 SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 16 UN 50.0000
LONGA,

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 16 LONGA - COM NO MÍNIMO 40 CM E NO MÁXIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO POLIVINIL (DESCARTÁVEL) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RETA, INTEIRIÇA. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PERFURAÇÃO DE FORMATO OVAL UNIFORME NO DIÂMETRO, NÚMERO E DISTÂNCIA LOCALIZADA LATERALMENTE, EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA ADAPTADA A UM CONECTOR PLÁSTICO PROVIDO DE TAMPA, ADEQUADAMENTE ARTICULADO MOLDADO E DIMENSIONADO DE FORMA A PERMITIR PERFEITO ENCAIXE A BICOS DA SERINGA E EQUIPOS. A PAREDE DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, SUPERFÍCIE ISENTA DE MANCHAS OU QUALQUER DEFEITO, PERFURAÇÃO TÉCNICAMENTE FORMADA COM BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE REBARBAS OU QUAISQUER IRREGULARIDADES CAPAZES DE TRAUMATIZAR A MUCOSA DO PACIENTE. DISPOSITIVO CONECTOR E TAMPAS MOLDADAS A FIM DE PERMITIR PERFEITA VEDAÇÃO E EVITAR ABERTURA ACIDENTAL. DEVERÁ TER O CALIBRE NO PADRÃO INTERNACIONAL DE MEDIDA. A ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER PELO MÉTODO DE ÓXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, SENDO QUE A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS PRECONIZADAS PELO MÉTODO ADOTADO. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ SER DE FÁCIL MANUSEIO FAVORECENDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO

00154 036430 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 16 EM PVC, COM 40 CM (+/- 5 CM), UN 300.0000
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,

Especificação: SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 16 EM PVC, COM 40 CM (+/- 5 CM), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR COM TAMPA UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA SONDA EM POSIÇÃO ESTENDIDA, ABERTURA EM PÉTALA.

00155 036431 SONDA URETRAL NÚMERO 12, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM C UN 1.000.0000
MATERIAL ATÓXICO,

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:15
Folha: 35

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: SONDA URETRAL NÚMERO 12, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTES.

00156 036432 SONDA URETRAL NÚMERO 14, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM C UN 1.500.0000
MATERIAL ATÓXICO

Especificação: SONDA URETRAL NÚMERO 14, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTES.

00157 036433 TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO COM ESCALA DE LEITURA UN 100.0000
DIRETA DE 35°C A 42°C

Especificação: TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO COM ESCALA DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA TIPO BOTÃO EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. DEVE TRAZER BATERIA INCLUÍDA. APRESENTAR MANUAL EM PORTUGUÊS E REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

00158 036434 TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO: TERMÔMETRO TIPO PRISMÁTICO UN 50.0000

Especificação: TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO: TERMÔMETRO TIPO PRISMÁTICO, PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL. DEVE CONTER: ENCHIMENTO EM HG (COLUNA DE MERCÚRIO); ESCALA EXTERNA, CAPILAR PRISMÁTICO; COBERTURA AMARELA, LEITURA DIRETA; ESCALA IMPRESSA DE +35 ATÉ +42 °C, COM 10 SUBDI VISÕES DE 0,1 °C. DEVEM SER CERTIFICADOS COM SELO HOLOGRÁFICO DE VERIFICAÇÃO (INMETRO). ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA ACRÍLICA. EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

00159 036435 TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - UN 10.0000

Especificação: TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE NO MÍNIMO 1,60M. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS, PARA SER UTILIZADO EM CAIXAS TÉRMICAS E GELADEIRAS DE VACINA. ESCALA INTERNA: -10 + 50°C; ESCALA EXTERNA: - 50 + 70°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO: ±1°C; DIMENSÕES: 110 X 70 X 20MM (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA + OU -).

00160 036436 TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - UN 10.0000
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS

Especificação: TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMO COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE NO MÍNIMO 1,60M. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS, PARA SER UTILIZADO EM CAIXAS TÉRMICAS E GELADEIRAS DE VACINA. ESCALA INTERNA: -10 + 50°C; ESCALA EXTERNA: - 50 + 70°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO: ±1°C; DIMENSÕES: 110 X 70 X 20MM (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE ATÉ 10% PARA + OU -).

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00161 036437 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA TESTAR GLICOSE NO SANGUE CX 400.0000

Especificação: TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PARA TESTAR GLICOSE NO SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL. MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA E OU AMPEROMETRIA, FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ TER ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG/DL E SUPERIORES A 500 MG/DL, QUE NÃO SOFRA INTERAÇÃO COM OXIGÊNIO (GLICOSE DESIDROGENASE). EMBALAGEM COM 50 TIRAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR: Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. OBS: COMPAR CONFORME PADRONIZAÇÃO DO GLICOSIMETRO TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SANGUINEA ON CALL PLUS]

00162 036438 TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO PLISSADA (SANFONADA) UN 1.500.0000

Especificação: TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO PLISSADA (SANFONADA) CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO E ESTERILIZÁVEL, NA COR BRANCA. CONSTITUÍDO DE UMA ÚNICA PEÇA COM ACABAMENTO EM LÁTEX EM TODA A VOLTA, SENDO A COPA PLISSADA MECANICAMENTE. INDICADA PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO EM AMBIENTES HOSPITALAR, CLÍNICAS E INDÚSTRIAS. TAMANHO ÚNICO.

00163 036439 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 6,0, C UN 10.0000

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 6,0, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00164 036440 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 6,5, C UN 10.0000

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 6,5, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00165 036441 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 7,0, C UN 10.0000

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 7,0, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00166 036442 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 7,5, C UN 15.0000

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº. 7,5, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00167 036443 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,0, C UN 15.0000
CONFECCIONADO EM PVC,

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,0, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00168 036444 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,5, C UN 10.0000
CONFECCIONADO EM PVC

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,5, CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00169 036445 TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°9,0., C UN 10.0000
CONFECCIONADO EM PVC

Especificação: TUBO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°9,0., CONFECCIONADO EM PVC, SILICONADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA

00170 036446 WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS C PCT 600.0000

Especificação: WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), APRESENTAÇÃO EM FOLHAS NA COR AZUL, 20X20CM; 100% POLIETILENO; ATÓXICO; POSSUI BFE (BARREIRA BACTERIANA); PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; IDEAL PARA EMBALAR MATERIAIS PESADOS OU DE GRANDE VOLUME; GRAMATURA DE 50GR/M² (PESADO) PCT COM 50 UND

00171 036447 WrAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), C PCT 600.0000

Especificação: WrAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), APRESENTAÇÃO EM FOLHAS NA COR AZUL, 30X30CM; CONFECCIONADO EM FOLHAS DE SMS (SPUNDBONDED + MELTBLOW + SUPNDBONDED); 100% POLIETILENO; ATÓXICO; POSSUI BFE (BARREIRA BACTERIANA); PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; IDEAL PARA EMBALAR MATERIAIS PESADOS OU DE GRANDE VOLUME; GRAMATURA DE 50GR/M² (PESADO) PCT COM 50 UND

00172 036448 WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), C PCT 200.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Especificação: WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), APRESENTAÇÃO EM FOLHAS NA COR AZUL OU VERDE, 50X50CM; CONFECCIONADO EM FOLHAS DE SMS (SPUNBONDED + MELTBLOW + SUPNDBONDED); 100% POLIETILENO; ATÓXICO; POSSUI BFE (BARREIRA BACTERIANA); PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, FORMALDEÍDO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; IDEAL PARA EMBALAR MATERIAIS PESADOS OU DE GRANDE VOLUME; GRAMATURA DE 60GR/M² (PESADO) PCT COM 50 UND

00173 036449 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO COM CORPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL UN 50.0000

Especificação: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO COM CORPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL, MÁSCARAS DE SILICONE , ATÓXICO, INJETOR LATERAL DE POLIPROPILENO , CONEXÃO ADAPTÁVEL, EXTENSÃO EM TUBO DE PVC , MALEÁVEL , ATÓXICO COM 1,3 METRO DE COMPRIMENTO INFANTIL

00174 036450 CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO COM CORPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL, MÁSCARAS DE SILICONE UN 50.0000

Especificação: CONJUNTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO COM CORPO E COPO DE MATERIAL INQUEBRÁVEL, MÁSCARAS DE SILICONE , ATÓXICO, INJETOR LATERAL DE POLIPROPILENO , CONEXÃO ADAPTÁVEL, EXTENSÃO EM TUBO DE PVC , MALEÁVEL , ATÓXICO COM 1,3 METRO DE COMPRIMENTO ADULTO

00175 036451 ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO P UN 600.0000

Especificação: ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO P, PERMITINDO ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES , SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) , PIGMENTO E INDEFORMÁVEL . ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL

00176 036452 ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO M UN 800.0000

Especificação: ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO M, PERMITINDO ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES , SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) , PIGMENTO E INDEFORMÁVEL . ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL

00177 036453 ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO G UN 300.0000

Especificação: ESPECULO VAGINAL GINECOLÓGICO EM POLIESTIRENO CRISTAL TAMANHO G, PERMITINDO ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES , SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) , PIGMENTO E INDEFORMÁVEL . ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00178 036454 KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA TAMANHO P UN 600.0000
Especificação: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA OU, CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, LUVA EVA E 1 ESPÉCULO TAMANHO P ESTÉRIL .

00179 036455 KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA TAMANHO M UN 800.0000
Especificação: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA OU, CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, LUVA EVA E 1 ESPÉCULO TAMANHO M ESTÉRIL .

00180 036456 KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA TAMANHO G UN 200.0000
Especificação: KIT COMPLETO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLA OU, CONTENDO 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CAIXA PORTA-LÂMINAS, LUVA EVA E 1 ESPÉCULO TAMANHO G ESTÉRIL .

00181 036457 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA É ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO Rolo 200.0000
Especificação: FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA É ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO, E LACRADA COM INVÓLUCRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO. FABRICADA COM TECIDO NÃO-TECIDO, APIROGÊNICA E COM MEDIDAS DE 2,5 CENTÍMETROS DE LARGURA E 10 METROS

00182 036458 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA É ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO, Rolo 200.0000
Especificação:

00183 036459 ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G, COM FIBRAS 100% Rolo 100.0000
Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE COM 500G, COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE Rolo C/ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNIO E MACIO, COR BRANCA C/ NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE PCTE C/ 500 GRAMAS

00184 036460 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE C INFUSÃO DE SOLUÇÕES UN 300.0000
Especificação: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA) À Sonda de Alimentação Enteral , PERFURADOR PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, PINÇA ROLETE COM EXCELENTE CONTROLE DE GOTEJAMENTO, CONEXÃO LUER SLIP OU ESCALONADO, ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PREVENINDO RISCOS NA UTILIZAÇÃO. COR AZUL (ESPECÍFICA PARA PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL) ,ESTÉRIL , ATÓXICO; E APIROGÊNICO.

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:16
Folha: 40

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

00185 036461 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL , FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS UN 500.0000

Especificação: FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL , FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPAS COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML , COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO.

00186 036462 SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 100% EM SILICONE, SÃO FLEXÍVEIS COM CONECTOR PROXIMAL EM "Y" EM SILICONE ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO UN 60.0000

Especificação: SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 100% EM SILICONE, SÃO FLEXÍVEIS COM CONECTOR PROXIMAL EM "Y" EM SILICONE ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO, PERMITINDO ACESSO PELA SEGUNDA VIA PARA QUE SEJA EFETUADA A ASSEPSIA E A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM INTERRUPÇÃO DA DIETA, TUBO EXTENSOR ENTRE O "Y" E A PORTA PROXIMAL DO FIO-GUIA, PODENDO SER REMOVIDO EM CASO DE AUMENTO DO COMPRIMENTO DA SONDA, RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERÍODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GÁSTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, PODENDO PERMANECER EM USO POR ATÉ SEIS MESES NO PACIENTE. ACOMPANHAM FIO-GUIA EM NYLON. PRÉ-LUBRIFICADA.

00187 036463 A FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE ROLO 100.0000

Especificação: A FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. ROLO

00188 036464 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL C UN 3.0000

Especificação: IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA; IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO; TAMANHO: DULTO.

00189 036465 TIRANTE PARA IMOBILIZAÇÃO DE PACIENTES EM PRANCHAS DE RESGATE UN 5.0000

Especificação: TIRANTE PARA IMOBILIZAÇÃO DE PACIENTES EM PRANCHAS DE RESGATE, NA REMOÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS. OS 3 CINTOS SÃO CONFECCIONADOS EM TIRANTES DE 100% POLIAMIDA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E POSSUI FIVELAS DE ENGATE RÁPIDO EM POLIACETAL

00190 036466 PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO. PROJETADO PARA C UN 5.0000

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 08/10/2019 09:31:16
Folha: 41

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000109/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000048
Data: 04/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 17/10/2019 08:30:00 Abertura: 17/10/2019 08:30:00 Proposta: 17/10/2019 08:45:00
Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS

Especificação: PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO. PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATÉ 200 KG. RÍGIDA LEVE CONFORTÁVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAIOS X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA OU EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. DIMENSÕES: 184X43X4CM

00191	036467	HISTERÔMETRO DE COLLIN ABC 28CM ,CONFECCIONADO EM AÇO	C	UN	5.0000
INOXIDÁVEL;POSSUI ESCALA GRAVADO					

Especificação: HISTERÔMETRO DE COLLIN ABC 28CM ,CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL;POSSUI ESCALA GRAVADO NO CORPO DO INSTRUMENTAL ATÉ 22CM; COM FECHO PARA TRAVAMENTO.
